



International Accreditation Japan

## 認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別：ASNITE 0051 Testing

試験所の名称：株式会社環境ソルテック

試験所の所在地：兵庫県高砂市荒井町新浜一丁目2番1号

法人の名称：株式会社環境ソルテック

適合を確認した認定基準：ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：2027年7月11日

事業所名：株式会社環境ソルテック

事業所所在地：兵庫県高砂市荒井町新浜一丁目2番1号

実施する業務：マネジメントシステム管理、顧客対応、依頼受付、試料保管、分析試験、  
結果の妥当性確認、試験報告書の発行

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術			
化学製品	水	IC (イオンクロマトグラフィー)	F <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , Br <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> / 超純水	JIS K 0556 一部準拠*1	2023年 7月12日

\*1 以下については、JISに定められている定量範囲を超えているため。

F<sup>-</sup> 0.05 µg/L ~ 50 µg/L

Cl<sup>-</sup> 0.05 µg/L ~ 50 µg/L

NO<sub>2</sub><sup>-</sup> 0.05 µg/L ~ 50 µg/L

NO<sub>3</sub><sup>-</sup> 0.1 µg/L ~ 50 µg/L

PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> 0.5 µg/L ~ 50 µg/L

Br<sup>-</sup> 0.1 µg/L ~ 50 µg/L

SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 0.1 µg/L ~ 50 µg/L

(以上)