

登録番号	Z90120JP
認定識別	JNLA Z90120JP Testing
試験所の名称	テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 横浜ラボ
法人番号	5020001022136
お問い合わせ窓口	部署名 : 横浜ラボ 電話 : 045-914-3888 E-mail : - URL : <a href="http://www.tuv.com/jp/japan/home.jsp">http://www.tuv.com/jp/japan/home.jsp</a>



International Accreditation Japan

## 認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別： JNLA Z90120JP Testing

試験所の名称： テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社  
横浜ラボ

試験所の所在地： 神奈川県横浜市都筑区北山田四丁目25番2号

法人の名称： テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2029年3月28日

試験所名 : テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 横浜ラボ  
試験所所在地 : 神奈川県横浜市都築区北山田四丁目25番2号  
実施する業務 : 試験、結果の報告及びマネジメントシステム運用(全認定範囲)

<認定範囲>

認定発効日：2025年3月29日						
分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラメータ 又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号		特記 事項
				試験方法規格	引用する規格	
電気	電気製品	絶縁試験	電圧、電流	JIS C 6065 10及び16.3 a) JIS C 6950-1 5.1、5.2及び6 JIS C 9335-1 13、14、15及び16 JIS T 0601-1 8.7及び8.8.3	-	-
		電気応用機 器電氣的特 性試験	電圧、電流	JIS C 6950-1 1.6.2 JIS C 9335-1 10	-	-
		温度試験	温度	JIS C 1010-1 10 JIS C 6065 7、11.2及び16.4 JIS C 6950-1 4.5及び5.3 JIS C 9335-1 11、17及び19	-	-

備考：認定の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)