

登録番号	220420JP
認定識別	JNLA 220420JP Testing
試験所の名称	株式会社シキボウ江南 開発部 ラボラトリ
法人番号	9180001087960
お問い合わせ窓口	部署名 : 開発部 開発課 電話 : 0587-53-1230 E-mail : - URL : -



International Accreditation Japan

## 認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別： JNLA 220420JP Testing

試験所の名称： 株式会社シキボウ江南

開発部 ラボラトリ

試験所の所在地： 愛知県江南市前飛保町栄 378 番地

法人の名称： 株式会社シキボウ江南

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2026年6月21日

試験所名 : 株式会社シキボウ江南 開発部 ラボラトリ  
試験所所在地 : 愛知県江南市前飛保町栄378番地  
実施する業務 : 試験、結果の報告及びマネジメントシステム運用 (全認定範囲)

<認定範囲>

認定発効日：2022年6月22日					
分野名称	試験する材料又は製品	試験の種類 (試験方法の 区分の名称)	構成要素、パラ メータ又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、 項目番号及び記号	特記 事項
抗菌・抗 ウイルス	抗菌加工製品	抗菌性試験	抗菌活性値	試験方法規格 JIS L 1902 8.1	-
	抗ウイルス加工 製品	繊維製品の抗ウイ ルス性試験	抗ウイルス活性	試験方法規格 JIS L 1922	-

備考：認定の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)