



International Accreditation Japan

認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別：ASNITE 0069 Testing

試験所の名称：オルガノ株式会社

技術開発本部 開発センター

試験所の所在地：神奈川県相模原市南区西大沼4丁目4番地1号

法人の名称：オルガノ株式会社

適合を確認した認定基準：ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：2028年10月22日

事業所名：オルガノ株式会社 技術開発本部 開発センター

事業所所在地：神奈川県相模原市南区西大沼4丁目4番地1号

実施する業務：マネジメントシステム管理、顧客対応、依頼受付、サンプリング、試料保管、
分析試験、結果の妥当性確認、試験報告書の発行

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術			
化学製品	水	ICP/MS (誘導結合プラズマ質量分析法)	ナトリウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 5.2 ^{*1}	2024年 10月23日
			カリウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 6.2 ^{*1}	
			カルシウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 7.3 ^{*1}	
			マグネシウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 8.3 ^{*1}	
			銅／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 9.3 ^{*1}	
			亜鉛／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 10.3 ^{*1}	
			鉛／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 11.2 ^{*1}	
			カドミウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 12.3 ^{*1}	
			ニッケル／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 13.2 ^{*1}	
			コバルト／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 14.2 ^{*1}	
			マンガン／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 15.3 ^{*1}	
			クロム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 16.2 ^{*1}	
			アルミニウム／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 17.2 ^{*1}	
			鉄／超純水 (サンプリングを含む)	JIS K 0553 18.3 ^{*1}	

*1：一部変更内容

JIS K 0553 4.3 試料容器の洗浄

硝酸(0.2mol/L)を満たし、16時間以上放置する作業に変えて、超純水を満たし、

超音波による洗浄を行う。

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術			
化学製品	水	TOC	TOC／ 超純水、原水、 医薬品製造用水	JIS K 0551 4.4* ² JIS K 0102-1 19.2* ³ 第18改正 日本薬局方 2.59 EP11 2.2.44 USP43 643	2024年 10月23日

*2：一部変更内容

JIS K 0551 4.4

定量範囲は C 10 $\mu\text{g/L}$ ~ 2000 $\mu\text{g/L}$ とする。

*3：一部変更内容

JIS K 0102-1 19.2

定量範囲は C 0.1 mg/L ~ 5 mg/L とする。

(以 上)